

Государственный комитет  
по стандартизации Республики  
Беларусь (Госстандарт)

## ПРОТОКОЛ

31.08.2017 №08-2017

г. Минск

заседания Научно-технической  
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

8. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001.

### 8.12. СЛУШАЛИ:

Маковскую Т.П. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа "Датчики давления "ГиперФлоу", изготовитель – ООО "НПФ "Вымпел", г. Саратов, Российская Федерация, согласно ПМГ 06-2001.

### РЕШИЛИ:

8.12.1. Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Датчики давления "ГиперФлоу", проведенных Ростест-Москва, Российская Федерация.

8.12.2. Утвердить тип "Датчики давления "ГиперФлоу" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь.

8.12.3. Выдать ООО "НПФ "Вымпел", г. Саратов, Российская Федерация, сертификат об утверждении типа со сроком действия до 22.07.2021.

8.12.4. Датчики метрологически обеспечены в Республике Беларусь при предоставлении ПО "PoverkaGF\_R.exe".

8.12.5. Поверку для Республики Беларусь проводить по МИ 1997-89 "ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки".

8.12.6. Установить межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Председатель

Ю.В. Задрейко

Секретарь

Н.Д. Ляхова

ВЕРНО

31.08.2017



Н.Д. ЛЯХОВА