



Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственное объединение «Вымпел»  
ИНН/КПП 5017084907/501701001 ОКПО 63542860 ОГРН 1095017004004  
Российская Федерация, 143530, Московская обл.  
Истринский р-он, г. Дедовск, Школьный проезд, д.11  
тел.: 8 (495) 992-38-60 (70,72), факс: 8 (495) 992-38-60 (доб.105)  
WWW.VYMPEL.GROUP  
[dedovsk@npovympel.ru](mailto:dedovsk@npovympel.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации (государственного) эталона единицы величины

**№ 0004/2017**

*внутренняя регистрация держателя эталона*

Дата выдачи «04» июля 2017 г.

Действительно до «03» июля 2019 г.

**3.6.БКР.0004.2017**

*регистрационный номер эталона в реестре  
Федерального информационного фонда*

**Эталон единицы объемного расхода газа 1-го разряда в диапазоне значений 30 ... 20000 м<sup>3</sup>/ч**

*наименование эталона*

аттестован на соответствие обязательным требованиям (метрологическим и техническим требованиям, требованиям к содержанию и применению эталона), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.04.2018 № 635.

### **Метрологические требования**

Метрологические характеристики эталона единицы объемного расхода газа 1-го разряда в диапазоне значений 30...20000 м<sup>3</sup>/ч соответствуют требованиям, предъявляемым к эталонам 1-го разряда единиц объемного расхода газа по ГОСТ Р 8.618-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа»

*наименование и обозначение документа на поверочную схему*

### **Технические требования**

Комплектность и программное обеспечение рабочего эталона соответствуют характеристикам, определенным в Паспорте эталона, требованиям Правил содержания и применения эталона и обеспечивают безопасность эксплуатации эталона.

### **Требования к содержанию и применению эталона**

Условия эксплуатации соответствуют требованиям Правил содержания и применения эталона единицы объемного расхода газа 1-го разряда в диапазоне значений 30...20000 м<sup>3</sup>/ч

Генеральный директор

Руководитель группы испытаний и  
сопровождения расходомеров

  
подпись

Г.А. Деревягин  
Инициалы, фамилия

  
подпись

М.В. Шушуйкин  
Инициалы, фамилия

Данное свидетельство может быть воспроизведено только полностью. Любые публикации или частичное воспроизведение содержания свидетельства возможны только с письменного разрешения организации, выдавшей данное свидетельство.

Неотъемлемой частью данного Свидетельства является приложение в виде Сертификата калибровки № 366013-17 от 27.06.2017 г.