СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ВНИИГАЗ-Сертификат» № ОГН4.RU.1121
142717, Московская область, г.о. Ленинский, п Развилка, ул Газовиков, зд. 15, стр. 11
Телефон: +7 (498) 657-45-18, e-mail: info@vniigaz-cert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1121.В03878 П 06145

Срок действия с 17.09.2025 по 08.08.2026

ПРОДУКЦИЯ:

Анализаторы точки росы интерференционные «КОНГ-Прима-10».
КРАУ2.844.005 ТУ (изм. 11).
Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014: 26.51.53.140 **КОД ТН ВЭД РФ:** -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 5.37-2020 п.8.6.3;
ГОСТ Р 52931-2008 п.п.5.1, 5.2, 5.5, 5.14, 5.17, 5.19.5, 5.19.6, 5.21.1, 5.21.2, 5.33, 9.1;
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 5.2, 6.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Вымпел»
(ООО «НПФ «Вымпел»), ИНН 6452003946.
410002, Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, дом 66.
Тел.: 8 (8452) 27-80-05, E-mail: npfvympel@npovympel.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Вымпел»
(ООО «НПФ «Вымпел»), ИНН 6452003946.
410002, Саратовская область, г. Саратов ,ул. Московская, дом 66.
Тел.: 8 (8452) 27-80-05, E-mail: npfvympel@npovympel.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний образцов продукции от 22.06.2023 № 4192328421/019-ЦОС4/2023 (ИЦ «ВНИИГАЗ», свидетельство № ОГН4.RU.2705);
Акта о результатах анализа состояния производства от 23.06.2025 № СЦ-1100-2024/ИГС-ИК2;
Акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией от 23.06.2025 № СЦ-1100-2024/ИГС-ИК2;
Решения об аннулировании сертификата соответствия от 17.09.2025 № СЦ-1100-2024/ИГС-ИК2;
Решения о выдаче сертификата соответствия от 17.09.2025 № СЦ-1100-2024/ИГС-ИК2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2b.
Метод пересчета температуры точки росы с давления, отличного от давления, при котором проводилось измерение согласно ГОСТ 34807-2021 во встроенном программном обеспечении гигрометра КОНГ-Прима-10 не реализован.
Выдан взамен сертификата соответствия № ОГН4.RU.1303.В02551, срок действия с 09.08.2023 по 08.08.2026.

Руководитель органа по сертификации _____ Д.А. Тощев
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ Л.А. Тищенко
подпись — инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 277.