



ВЫМПЕЛ

Научно-производственное
объединение

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Вымпел»**

ИНН/КПП 5017084907/501701001 ОКПО 63542860 ОГРН 1095017004004

Российская Федерация, 143530, Московская обл.

Истринский р-он, г. Дедовск, Школьный проезд, д.11

тел.: 8 (495) 992-38-60 (70,72), факс: 8 (495) 992-38-60 (доб.105)

WWW.VYMPEL.GROUP

dedovsk@npovympel.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации (государственного) эталона единицы величины

№ 0003/2017

внутренняя регистрация держателя эталона

Дата выдачи «04» июля 2017 г.

Действительно до «03» июля 2019 г.

3.6.БКР.0003.2017

*регистрационный номер эталона в реестре
Федерального информационного фонда*

Эталон единицы объемного расхода газа 1-го разряда в диапазоне значений 800 ... 80000 м³/ч

наименование эталона

аттестован на соответствие обязательным требованиям (метрологическим и техническим требованиям, требованиям к содержанию и применению эталона), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.04.2018 № 635.

Метрологические требования

Метрологические характеристики эталона единицы объемного расхода газа 1-го разряда в диапазоне значений 800...80000 м³/ч соответствуют требованиям, предъявляемым к эталонам 1-го разряда единиц объемного расхода газа по ГОСТ Р 8.618-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа»

наименование и обозначение документа на поверочную схему

Технические требования

Комплектность и программное обеспечение рабочего эталона соответствуют характеристикам, определенным в Паспорте эталона, требованиям Правил содержания и применения эталона и обеспечивают безопасность эксплуатации эталона.

Требования к содержанию и применению эталона

Условия эксплуатации соответствуют требованиям Правил содержания и применения эталона единицы объемного расхода газа 1-го разряда в диапазоне значений 800...80000 м³/ч

Генеральный директор

Руководитель группы испытаний и
сопровождения расходомеров



подпись

подпись

Г.А. Деревягин

Инициалы, фамилия

М.В. Шушуйкин

Инициалы, фамилия

Данное свидетельство может быть воспроизведено только полностью. Любые публикации или частичное воспроизведение содержания свидетельства возможны только с письменного разрешения организации, выдавшей данное свидетельство.

Неотъемлемой частью данного Свидетельства является приложение в виде Сертификата калибровки № 365013-17 от 27.06.2017г.