



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.32.006.А № 74604

Срок действия до 19 августа 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики комплексные с вычислителем расхода ГиперФлоу-3Пм

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Вымпел" (ООО "НПФ "Вымпел"), г. Саратов

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 15646-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 0926-13-2019

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для исполнения по точности А и С;
2 года - для исполнения по точности Б; 3 года - для исполнения по точности В и Г и при работе СИ в режиме корректора и многопараметрического датчика

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 августа 2019 г. № 1912

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулепов



..... 2019 г.

Серия СИ

№ 037256